

## CT / DVT Feedback-Bogen

Patient:

Praxis:

OK UK Bemerkungen

Perfekt, genial, nichts zu meckern!

### Patientenpositionierung

- Mediansagittale des Kiefers nicht senkrecht in der Kaudalansicht  
  Kauebene nicht senkrecht in der Lateralansicht  
  Schienenlineal nicht senkrecht in der Kaudalansicht  
  Verwackelt

### Schichtlage und Bildrekonstruktion

- zu viele Schichten kaudal  
  zu viele Schichten cranial  
  zu wenige Schichten kaudal  
  zu wenige Schichten cranial  
  doppelte Schichten  
  Field of view zu groß, Vorschlag:  
  Field of view zu klein, Vorschlag:  
  Bildauflösung nicht optimal, Vorschlag:

### Datensatz

- Datenträger nicht lesbar  
  Schichten nicht lesbar:  
  komprimiert abgespeichert, für uns unlesbar  
  fehlende Schichten, lückiger Datensatz  
  mehrfache Schichten (mehrere Schichten mit gleicher Tischposition, kein homogener Datensatz)  
  Schichtabstände (Tischvorschub) nicht gleichmäßig  
  2 oder mehrere Rekonstruktionsläufe unter dem gleichen Patientennamen abgespeichert  
  fehlende / zu viele Ausrichtungsaufnahme (Scout, Topo)  
  Unnötige (störende) Sekundärrekonstruktionen („Dental“-Rekonstruktionen, Panorama, Cross-Sectionals, etc.)  
  fehlende Änderung des Patientennamens bei Mehrfachuntersuchung (OK, UK)

### Verwaltung

- Fehlender Auftragsbogen  
 Auftragsbogen nicht vollständig  
 Keine Angaben zu Überweiser  
 Befundbericht/Diagnose wäre nicht nötig gewesen, reiner Scan reicht

**Vielen Dank für die Zusammenarbeit!**